

ZERTIFIKAT

*Hiermit wird durch das
Institut für Krankenhaushygiene
und Mikrobiologie
der Steiermärkischen KAGes.m.b.H.
bestätigt, daß der*

Steckbeckenspüler DISCHER DT-900 D3

*den Anforderungen einer Typprüfung für
Reinigungs-Desinfektionsgeräte mit thermischer
Desinfektion für Behälter für menschliche
Ausscheidungen gemäß EN ISO 15883-3: 2006
entspricht.*

Graz, im Oktober 2007



*Prim. Dr. A. Bogiatzis
Ärztlicher Direktor
Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie*